

社会福祉法人 さわらび会 別養護老人ホーム 山河
「シャワー式入浴機器の購入及び付帯工事」の入札に関する公告

社会福祉法人 さわらび会は、「シャワー式入浴機器の購入及び付帯工事」にあたり、下記の条件で一般競争入札を実施します。

記

購入場所	杉並区高井戸東3-30
	特別養護老人ホーム 山河
購入品概要	ストレッチャー浴槽本体 3台
	電動昇降ストレッチャー 3台
納品希望日	平成31年7月31日まで
入札参加条件	別に定める「入札参加条件」の6項目の全てを満たすこと。
申込受付期間	平成31年3月 22日(金)10時 ~ 平成31年3月 29日(金)17時(土・日除く)
申込受付場所	石神井台特別養護老人ホーム 秋月 担当 井上
	〒177-0045 東京都練馬区石神井台6-1-11
申込時の必要書類及び提出期間	入札参加希望票、入札参加条件確認票等(様式1~5) 郵送可
	※必要書類は、HP内でダウンロードください。
	平成31年4月 4日(木)10時 ~ 平成31年4月 10日(水)17時(土・日除く)
入札参加会社の選定方法	一般競争入札参加希望者より提出された必要書類を「入札参加条件項目」に基づき審査し、6項目を満たす業者を選定します。
入札参加会社決定通知	入札参加会社決定の通知は、4月 12日(金)13時までにFAXで通知します。
入札日	平成31年4月 19日(金)13時30分
入札場所	石神井台特別養護老人ホーム 秋月 1F
	〒177-0045 東京都練馬区石神井台6-1-11

シャワー式介護入浴装置入札仕様書

1. 購入の目的

介助が必要な利用者に対して、安全で、介護負担を軽減できるシャワー式介護入浴装置を導入することで、サービスの向上及び個別ケア実施を実現するために、下記仕様の製品を購入する。

2. 購入物品 シャワー式介護入浴装置（シャワーベッド／電動昇降トロリー）

3. メーカー名 パラテクノ株式会社

4. 設置場所 杉並区高井戸東 3-30
 特別養護老人ホーム山河

5. 納入期限 平成 31 年 7 月 31 日

6. 機器構成

（	ストレッチャー浴槽本体	3 台
	電動昇降ストレッチャー	3 台

）

7. 機器の仕様

J S-B 3 5 0 N A（シャワーベッド）／ J S-B 3 0 1 5 A（電動昇降トロリー）

8. 運用的要件

■シャワーベッド

- (1) 操作部は、入浴状態の電動昇降トロリー上の人とほぼ同じ高さの本体側面部に配置する。
- (2) 操作部のスイッチを押すことにより、電源の入/切を可能とする。電源はAC100Vアース付きコンセントを使用する。
- (3) 操作部のスイッチを押すことにより、シャワー温度は 38 度から 42 度の範囲を 1 度刻みでの設定を可能とする。
- (4) 操作部のスイッチを押す事により、薬用シャワーローション混入の開始/停止の切替を可能とする。
- (5) 操作部のスイッチを押すことにより、薬液の開始/停止の切替を可能とする。停止後一定時間シャワーのみを自動で噴出し、回路内への薬液残留を防ぐ機能を有する。
- (6) 設定温度と現在温度は、視認し易いよう操作部にデジタルで表示される。
- (7) 入浴時間は任意の設定が可能である。
- (8) 洗体は本体内ですべて行え、身体を人前にさらすことなく入浴できる。
- (9) 本体内（シャワーベッド内バスタブ部）は、雑菌の繁殖等を促すことがないよう、湯が溜まることなく常に排水を可能とする。

- (10) シャワーは、拡散して幅広く噴射できるように加工を施した14カ所のノズルから噴射し、適度な刺激性と十分な洗浄力を有する。
- (11) シャワーノズルチップは2種類とし、特に胸部に噴射する2カ所は水滴を小さくすることにより刺激性を弱める。
- (12) シャワーノズルチップは、上段下段とも交互に干渉し合わないよう設置する。シャワー回路内の圧力は0.15MPa程度を有し、特に下段ノズルにおいても、広範囲に噴射することで入浴者の背面部に適度な刺激を与え、十分に洗浄する能力を有する。
- (13) シャワーノズルチップは工具を使わず容易に洗浄および交換を可能とする。
- (14) 本体の側面より介護者が手を差し込んで入浴者を介護できるよう、横幅50cmの介護窓を本体の左右に計4カ所有する。
- (15) 入浴時には予めシャワーが適温に保たれ、通常の入浴同様、足から徐々に本体内に入っていける構造とし、全身浴、部分浴のいずれも可能とする。手元操作によりハンドシャワーの入切を可能とする。
- (16) 不特定多数の入浴者が入浴しても本体の外には熱気や湯気が漏れにくい構造とし、シャワーを停止させることなく身体洗浄を行える機能を有する。
- (17) [予洗→洗髪→洗浄→すすぎ]の工程全てが本体内で行える。
- (18) シャワーの吐出温度は38～42℃の範囲内で1度刻みに設定でき、確実かつ安定した状態で入浴が行える。
- (19) 万一、給湯・給水に異常が発生し、シャワー温度が37℃以下、または43℃を超えた場合、自動的に且つ瞬時にシャワーを停止する機能を有する。
- (20) 万一停電が起こった場合、瞬時にシャワーを停止する機能を有する。
- (21) 万一、介護者の誤操作によりシャワー温度が37℃以下、または43℃を超えた場合、自動的に且つ瞬時にシャワーを停止する機能を有する。

■電動昇降トロリー

- (1) 本体は主要部材をステンレス製とする。
- (2) 本体はステンレス製中空フレームとFRP製洗髪トレイ、FRP製滴受け、電動駆動部で構成される。
- (3) 本体の入浴搭載面は、スリッパ（伝線）を起こさないよう強度に優れたナイロン製ダブルラッセル編のネットとし、入浴者を仰臥位の状態で乗せることを可能とする。
- (4) 本体の入浴搭載面は下段からのシャワーがネットに遮られることなく透過し、入浴者の背面に十分な洗浄効果を与えることを可能とする。
- (5) 本体は充電式バッテリーを電源とし、電動アクチュエータにより、乗降部高さは床面より43cmから90cmの範囲（ストローク47cm）で調節可能とする。
- (6) 本体は、キャスターロックペダルを備え、キャスターロックペダルを踏み込むと、4輪すべての首振りと回転が同時にロックされる。また、キャスターロックペダルをつま先で跳ね上げると、4輪すべてのロックが解除され、キャスターがフリーに動く。

「シャワー式入浴機器の購入及び付帯工事」の入札参加条件

本件の入札は、次の6項目の条件を全て満たしている会社を対象とします。

- (1) 入浴機器の設置・付帯工事を含めた納入実績、且つ期日厳守での商品の一括納品の遂行に必要な体制を有していること。
- (2) 仕様書の内容を遵守できること
- (3) 災害危機の際でも委託業務が遂行できる危機管理体制が充実していること。
- (4) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること
- (5) 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条に規定する更生手続き開始の申し立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）第21条に規定する再生手続き開始の申し立ての事実がある者でないこと。
- (6) 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（改正平成22年10月8日付22財経庶第1332号）第5条に基づく排除措置期間中でない者であること。

以上

シャワー式入浴機器の購入及び付帯工事入札参加申請書

平成 年 月 日

社会福祉法人さわらび会

理事長 川内茂徳様

住 所

会 社 名

代表者名

担 当 者

所 属

氏 名

T E L

F A X

社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河のシャワー式入浴機器の購入及び付帯工事について、次のとおり、関係書類を添付して申込みます。

なお、選定については、貴法人に一任し、その結果については何ら意義及び疑義の申し立てを致しません。

添付書類

- (1) 会社概要、連絡票
- (2) 商業登記簿謄本
- (3) 最近2事業年度分の貸借対照表、損益計算書
- (4) 取引証明書又は契約書の写し
- (5) 宣誓書

会社概要

平成 年 月 日現在

名 称	(フリガナ)
法人等の所在地	〒
申請団体名	(フリガナ)
設立年月日	
従業員数	
資本金	
主な業務内容	
免許・登録 (ISO等)	

連 絡 票

平成 年 月 日

社会福祉法人さわらび会

理事長 川 内 茂 徳 様

住 所

名 称

社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河のシャワー式入浴機器の購入及び付帯工事に係る入札に関する業務の連絡者を次のとおり届けます。

連 絡 者	(1)	
	(2)	
所 属		
所 在 地		
電 話 番 号 F A X 番 号		
資 格 審 査 結 果 等 連 絡 先		

取引証明書

平成 年 月 日

社会福祉法人さわらび会

理事長 川内茂徳様

住 所

会 社 名

代表者名

社会福祉法人さわらび会特別養護老人ホーム山河のシャワー式入浴機器の購入及び付帯工事について、下記のとおり業務実績を報告します。

契 約 名 称 業 務 概 要	契 約 期 間
	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

注) 1 シャワー式入浴機器の購入及び付帯工事についての実績を記入してください

2 業務概要については、できる限り詳細に記入してください

3 記入された実績の契約書の写しがあれば、添付してください

4 実績は近年のものから、記入してください

宣 誓 書

平成 年 月 日

社会福祉法人さわらび会

理事長 川 内 茂 徳 様

申 請 者
住 所

会 社 名

代表者名

受 任 者
住 所

会 社 名

代表者名

下記第1項に該当しないものであることを宣誓しますとともに、第1項及び第2項各号のいずれかに該当したときは、見積り又は入札に参加することを禁止されても、何ら異議の申し立てをいたしません。

記

第1項

- 1 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
- 2 第2項各号の一に該当すると認められ見積り又は入札に参加することを禁止され、事実のあった日から2年を経過しない者

第2項

- 1 契約の履行にあたり、故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をした者
- 2 入札又は提案書において、虚偽の申請を行った者、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した者
- 3 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
- 4 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認をするため行う監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
- 5 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
- 6 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した

入 札 書

年 月 日

社会福祉法人 さわらび会

特別養護老人ホーム山河 御中

入札者 住 所
 会 社 名
 代表者氏名

⑨

下記業務を請け負いたいので、下記金額をもって入札します。

記

拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(頭に¥をつける。)

- 1 業 務 名 シャワー式入浴機器の購入及び付帯工事
- 2 業務場所 東京都杉並区高井戸東 3-30

備考

- 1 契約の金額は、上記金額に当該金額の 8%に相当する額を加算した金額とします。
- 2 別紙（様式自由）単価が分かる見積書を添付すること。